

ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН АН СССР

Месяц Апрель - Июнь

1967 г.

Обсерватория Магадан

Принятые значения ден, делений шкалы точной серии.

D		H		Z		
с	по	с	по	с	по	
	велич.		велич.		велич.	
1/IV - 30/IV	2.63 ^{°/мм} 0.486 ^{1/мм}	1/IV - 30/IV	2.15 ^{°/мм}	1/IV - 30/IV	1.55 ^{°/мм}	
1/V - 31/V	2.62 ^{°/мм} 0.484 ^{1/мм}	1/V - 31/V	2.13 ^{°/мм}	1/V - 30/V	1.56 ^{°/мм}	
1/VI - 30/VI	2.60 ^{°/мм} 0.482 ^{1/мм}	1/VI - 30/VI	2.12 ^{°/мм}	21/V - 31/V	1.53 ^{°/мм}	
Принятые базисные значения					1/VI - 30/VI	1.52 ^{°/мм}

D ₀		H ₀		Z ₀	
с	по	с	по	с	по
	велич.		велич.		велич.
1/IV - 19/V	-13°18.6 ^{1/мм}	1/IV - 30/VI	17963 ^{°/мм}	1/IV - 31/V	52576 ^{°/мм}
20/V - 31/V	-13°18.5 ^{1/мм}			1/VI - 30/VI	52575 ^{°/мм}
1/VI - 30/VI	-13°18.6 ^{1/мм}				

ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН АН СССР

Месяц _____

196__ г.

Обсерватория _____

Принятые значения поц, делений шкалы

Ф			Н		Z			
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1/IV	30/IV	1.87 ² /мм						
1/V	20/V	1.89 ² /мм						
21/V	30/VI	1.86 ² /мм						

Принятые базисные значения

Т ₀			Н ₀		Z ₀			
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1/IV	10/IV	55623 ² /мм						
11/IV	30/IV	55621 ² /мм						
1/V	30/VI	55620 ² /мм						

ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН АН СССР

Месяц Апрель-Июнь

1978 г.

Обсерватория Магадан

Принятые значения по делениям шкалы контрольной серии.

D		H		Z	
с	по	с	по	с	по
велич.		велич.		велич.	
1/IV	30/IV	1/IV	30/IV	1/IV	20/V
2.02 ^{м/м} 0.375 ^{ср}		2.76 ^{м/м}		2.49 ^{м/м}	
1/V	30/VI	1/V	31/V	21/V	30/VI
2.00 ^{м/м} 0.370 ^{ср}		2.75 ^{м/м}		2.46 ^{м/м}	
		1/VI	30/VI		
		2.71 ^{м/м}			

Принятые базисные значения

D ₀		H ₀		Z ₀	
с	по	с	по	с	по
велич.		велич.		велич.	
1/IV	10/IV	1/IV	31/V	1/IV	21/V
-12°59.0		17907 ^{м/м}		52882 ^{м/м}	
11/IV	30/VI	1/VI	30/VI	22/V	30/VI
-12°58.9		17909 ^{м/м}		52878 ^{м/м}	

ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН АН СССР

Месяц _____

196__ г.

Обсерватория _____

Принятые значения цен, делений шкалы

Ф		Н		Z	
с	по	с	по	с	по
		велич.	велич.		
	1/IV - 20/V	3.35%			
	21/V - 30/VI	3.28%			

Принятые базисные значения

T ₀		H ₀		Z ₀	
с	по	с	по	с	по
		велич.	велич.		
	1/IV - 21/V	55730%			
	22/V - 30/VI	55729%			